

U V. grupi se nalaze Imunokromatografski testovi za dokaz rezistencije kako slijedi:

1. Brzi imunokromatografski test za identifikaciju **OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP karbapenemaza**-producirajućih sojeva iz bakterijske kulture.

Test sadrži 2x test-kazeta, buffer i test-tuba s kapaljkom, a rezultat se očitava nakon 15 minuta.