



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/24-03/11
URBROJ:534-03-3-2/6-24-8
Zagreb, 29. 08. 2024.

Ministarstvo zdravstva, OIB:8836224892, na temelju članka 16. stavka 9. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), po pribavljenom mišljenju Stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, povodom zahtjeva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod, OIB:14861822643, u predmetu ovlaštenja službenog laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, donosi

RJEŠENJE

- I. Mijenja se dio izričaja točke III. izreke rješenja KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine tako da njegova izreka glasi: Laboratorij iz točke I. ovoga rješenja ovlašten je provoditi analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju na parametre ispitivanja akreditiranim metodama navedenim u Potvrdi o akreditaciji br. 1200, KLASA: 383-02/23-30/040, URBROJ:569-02/12-24-31 od 21. kolovoza 2024. godine i Prilogu potvrde o akreditaciji br:1200, KLASA:383-02/23-30/040, URBROJ:569-02/12-24-32 od 21. kolovoza 2024. godine Hrvatske akreditacijske agencije.
- II. Mijenja se točka VI. izreke rješenja Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine tako da njezina izreka glasi: Ovlaštenje iz točke II. izreke rješenja KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine daje se na rok do isteka akreditacije, do dana 20. kolovoza 2029. godine.
- III. Ovo rješenje zamjenjuje dio navoda točke III. i cijelu točku VI. izreke rješenja ovoga Ministarstva KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine.
- IV. Ostali dijelovi rješenja ovoga Ministarstva KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine ostaju na snazi i nepromijenjeni, do roka koji je izmijenjen izrekom II. ovoga rješenja odnosno istekom važeće akreditacije, do dana 20. kolovoza 2029. godine.

Obrazloženje

Dana 22. kolovoza 2024. godine Ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je zahtjev Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Službe za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod za izmjenu rješenja o ovlaštenju službenim laboratorijem za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine sukladno odredbi članka 16. stavka 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) zbog izmjene navoda u točki III. i VI. izreke navedenog rješenja uslijed provedene reakreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 predmetne institucije.

Uz predmetni zahtjev Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod dostavilo je ovom Ministarstvu novu Potvrdu o akreditaciji br. 1200, KLASA: 383-02/23-30/040, URBROJ:569-02/12-24-31 od 21. kolovoza 2024. godine i Prilog potvrde o akreditaciji br:1200, KLASA:383-02/23-30/040, URBROJ:569-02/12-24-32 od 21. kolovoza 2024. godine Hrvatske akreditacijske agencije obzirom da stara akreditacija ističe 02. rujna 2024. godine.

Sukladno članku 16. stavku 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) zahtjev i novu Potvrdu o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije razmotrilo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2024. godine te utvrdilo da je Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod novom Potvrdom o akreditaciji br. 1200, KLASA: 383-02/23-30/040, URBROJ:569-02/12-24-31 od 21. kolovoza 2024. godine osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u području opisanom u Prilogu potvrde o akreditaciji br:1200, KLASA:383-02/23-30/040, URBROJ:569-02/12-24-32 od 21. kolovoza 2024. godine, a koje je za područje vode namijenjene za ljudsku potrošnju identično s popisom metoda na parametre ispitivanja u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju navedenim u rješenju KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od 05. lipnja 2024. godine i da je akreditacije važeća do 20. kolovoza 2029. godine kako je navedeno u točki II. te neposredno u točki IV. izreke ovoga rješenja.

Zbog reakreditacije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Službe za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod te ishoda nove Potvrde o akreditaciji koja je direktno utjecala na dano ovlaštenje ovoga Ministarstva KLASA: UP/I-541-02/24-03/11, URBROJ:534-03-3-2/6-24-5 od dana 05. lipnja 2024. godine, riješeno je kao u točki I. i II., a u vezi točke IV. izreke ovoga rješenja sukladno članku 16. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23).

Slijedom utvrđenoga, po pribavljenom mišljenju Stručnog povjerenstva sukladno odredbi članka 16. stavka 9. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

6
MINISTAR
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
ZAGREB



Dostaviti: Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod
Evidencija ovdje
Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/24-03/11
URBROJ:534-03-3-2/6-24-5
Zagreb, 05. 06. 2024.

Ministarstvo zdravstva, OIB:8836224892, na temelju članka 16. stavka 9. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), po pribavljenom mišljenju Stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, povodom zahtjeva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod, OIB:14861822643, u predmetu ovlaštenja službenog laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, donosi

RJEŠENJE

- I. Služba za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod zadovoljava i ispunjava uvjete službenog laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju sukladno članku 14. stavku 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23).
- II. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod ovlašćuje se službenim laboratorijem za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za obavljanje analiza u svrhu provođenja državnog monitoringa, istraživačkog monitoringa, službenih kontrola vode namijenjene za ljudsku potrošnju i monitoringa parametara kućne vodoopskrbne u prioritetnim objektima, u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama prije i nakon izdavanja uporabne dozvole i monitoringa malih isporučitelja vode i za potrebe subjekata u poslovanju s hranom te se uvrštava u Popis službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju pri Ministarstvu zdravstvu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
- III. Laboratorij iz točke I. ovog rješenja ovlašten je provoditi analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju na parametre ispitivanja akreditiranim metodama navedenim u Potvrdi o akreditaciji br.:1200, KLASA: 383-02/19-30/013, URBROJ:569-02/12-22-30, od dana 05. 09. 2022. godine i Prilogu Potvrde o akreditaciji br.:1200, KLASA:383-02/19-30/013, URBROJ:569-02/12-23-27, od dana 08. 11. 2023. godine Hrvatske akreditacijske agencije i na parametre ispitivanja validiranim metodama navedenim u tablici kako slijedi:

Tablica: Validirane metode s provedenim međulaboratorijskim usporedbama

Br. No.	Parametar	Tehnika ispitivanja	Metoda ispitivanja
1.	Amonij	Spektrofotometrija	ISO 7150-1:1984; SFM-NH ₄
2.	Aluminij	Spektrofotometrija	Određivanje sadržaja aluminija s aluminonom; SFM-Al
3.	Bakar	Spektrofotometrija	Hachov kivetni test, SFM - Cu
4.	Cink	Spektrofotometrija	Hachov kivetni test, SFM - Zn
5.	Fosfati	Spektrofotometrija	Standard methods, 1995, 4500-P E; SFM - PO ₄
6.	Nikal	Spektrofotometrija	Hachov kivetni test, SFM-Ni



7.	Detergenti-anionski	Spektrofotometrija	DIN 38409 H23-1; SFM-MBAS
8.	Nitriti	Spektrofotometrija	D10, DIN 38405, 1981, SFM- NO ₂
9.	Mangan na 525	Spektrofotometrija	Određivanje mangana putem permanganata, SFM- MN 525
10.	Mangan 480	Spektrofotometrija	Određivanje mangana putem formaldoxima, SFM -Mn 480
11.	Silikati	Spektrofotometrija	Merck metoda; SFM-Si 640
12.	Sulfati	Spektrofotometrija	Određivanje sulfata putem barijevog klorida; SFM – SO ₄
13.	Željeza	Spektrofotometrija	Određivanje željeza putem 1,10 fenantrolina.; SFM - Fe
14.	Kloridi	Titrimetrija	ISO 9297:1998; TIT-CL
15.	Kalcij	Titrimetrija	Standard methods, 1995, 3500-Ca D; TIT-Ca
16.	Ukupna tvrdoća	Titrimetrija	Standard methods, 1995, 2340 C; TIT - UT
17.	Magnezij	Računski	Standard methods, 1995, 3500- Mg E
18.	Fluorid	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-1:2001, IC-F
19.	Klorat	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-4:2001, IC- ClO ₃
20.	Klorit	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-4:2001, IC- ClO ₂
21.	Bromati	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 15061:2001, IC-BrO ₃
22.	Kloridi	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-1:2001, IC-Cl
23.	Nitrit	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-1:2001, IC- NO ₂
24.	Nitrata	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-1:2001, IC- NO ₃
25.	Amonijak	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 14911:2001, IC-NH ₄
26.	Fosfata	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-1:2001, IC- PO ₄
27.	Sulfata	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 10304-1:2001, IC- SO ₄
28.	Natrija	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 14911:2001, IC-Na
29.	Kalij	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 14911:2001, IC-K
30.	Magnezija	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 14911:2001, IC-Mg
31.	Kalcija	Ionska kromatografija	HRN EN ISO 14911:2001, IC-Ca
32.	Suspendirane tvari	Gravimetrija	Standard methods, 1995, 2540 D; GRA-TSS
33.	<i>Clostridium perfringens</i>	Membranska filtracija	EN ISO 26461-2:2008en M-Clo
34.	<i>Legionella</i> spp.	Membranska filtracija	HRN EN ISO 11731:2017, M-Leg

- IV. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti rješenje ovoga Ministarstva, KLASA:UP/I-541-02/20-03/64; URBROJ:534-07-2/1-20-3, od 17. studenog 2020. godine.
- V. Laboratorij iz točke I. ovog rješenja obvezan je u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na dano ovlaštenje obavijestiti ovo Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka promjene i tome dostaviti dokaz pisanim putem.
- VI. Ovlaštenje iz točke II. izreke ovog rješenja daje se na rok do isteka akreditacije, do 02. 09. 2024. godine.

Obrazloženje

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod, dana 13. 05. 2024. godine podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za ovlaštenje Službe za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod službenim laboratorijem za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju sukladno članku 16. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), a u vezi članka 84. stavka 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23). Uz zahtjev Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod dostavio je slijedeću dokumentaciju:

1. Dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz predmetnoga područja
2. Potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji laboratorija sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
3. Dokaz o uspješnom redovitom sudjelovanju u međulaboratorijskim usporedbama najmanje jedanput u pet godina
4. Validacijska izvješća i procijenjenu mjernu nesigurnost za metode koje nisu akreditirane, a koriste se za određivanje parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23)
5. Dokaz/ tlocrt prostora, pri čemu raspored prostorija treba biti takav da se kontaminacija ili eventualno miješanje uzoraka i/ili referentnih tvari svede na najmanju moguću mjeru
6. Dokaz kvalifikacija osoblja osposobljenih za provođenje ispitnih metoda u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju
7. Popis opreme potrebne za provođenje potrebnih analiza sukladno metodama navedenim u pravilniku iz područja parametara sukladnosti, metoda analiza i monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju
8. Dokaz da posjeduje odgovarajuću upravnu infrastrukturu
9. Dokaz o uplati troškova pregleda sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23).

Na VI. sjednici održanoj dana 27. 05. 2024. te dana 05. 06. 2024. godine Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) razmatralo je zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te nadopunu dokumentacije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Službe za zdravstvenu ekologiju Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod u skladu s odredbom članka 16. stavka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23).

Članovi Stručnog povjerenstva utvrdili su da predmetni podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete iz članka 14. stavka 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) za obavljanje analiza na parametre ispitivanja akreditiranim metodama navedenim u Potvrdi o akreditaciji br.:1200, KLASA: 383-02/19-30/013, URBROJ:569-02/12-22-30, od dana 05. 09. 2022. godine i Prilogu Potvrde o akreditaciji br.:1200, KLASA:383-02/19-30/013, URBROJ:569-02/12-23-27, od dana 08. 11. 2023. godine Hrvatske akreditacijske agencije i na parametre ispitivanja validiranim metodama navedenim u tablici u točki 3. izreke ovoga rješenja.

Slijedom navedenoga, ovlašćuje se Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod službenim laboratorijem za obavljanje analiza u svrhu provođenja državnog monitoringa, istraživačkog monitoringa, službenih kontrola vode namijenjene za ljudsku potrošnju i monitoringa parametara kućne vodoopskrbne u prioritetnim objektima, u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama prije i nakon izdavanja uporabne dozvole i monitoringa malih isporučitelja vode te monitoringa za potrebe subjekata u poslovanju s hranom, na rok do dana 02. 09. 2024. godine do isteka akreditacije. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod uvrštava se u Popis službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koje vodi ovo Ministarstvo kako je navedeno u točki II. ovoga rješenja, a u skladu s odredbom članka 14. stavka 6. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23). Obvezuje se Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,

Služba za zdravstvenu ekologiju, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod da u slučaju nastalih promjena koje mogu neposredno utjecati na dano ovlaštenje obavijestiti ovo Ministarstvo u skladu s odredbama članka 16., a u vezi članka 14. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23). Zbog navedenoga, stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti rješenje ovoga Ministarstva KLASA:UP/I- 541-02/20-03/64; URBROJ: 534-07-2/1-20-3, od dana 17. 11. 2020. godine. Obzirom na gore navedeno, po pribavljenom mišljenju Stručnog povjerenstva iz članka 16. stavka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) riješeno je kao u izreci ovog rješenja sukladno odredbi članka 16. stavka 9. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



- Dostaviti: 1. Naslovu,
2. Evidencija ovdje
3. Pismohrana