

U III. grupi se nalaze Brzi imunokromatografski, aglutinacijski i izdisajni test kako slijedi :

1. Brzi imunokromatografski test za kvalitativni dokaz **T. vaginalis** antigena iz vaginalnog obriska ili fiziološke otopine kao transportnog medija.

Test kit sadrži: test trakice, sterilne briseve, test tuba, buffer otopine i kapaljka, pozitivna kontrola (kontrolni bris impregniran T. vaginalis antigenima koji daje vidljivo pozitivan test. Pozitivna kontrola sastavni je dio svake test trakice, kao kontrola pravilnog izvođenja testa.

2. izdisajni test za dokaz **Helicobacter pylori**

3. Test za kvalitativno određivanje prisutnosti ukupnih **protutijela na Echinococcus granulosus**, u testu se koristi HPLC-pročišćen *E. granulosus* 5/B obogaćeni antigen kako bi se povećala specifičnost testa i zadržala visoka osjetljivost.

Kit sadrži: kazeta za kvalitativno određivanje prisutnosti ukupnih protutijela na *Echinococcus granulosus*, te puferirane otopine za razvijanje.

4. Brzi imunokromatografski test za kvalitativno dokazivanje **Clostridium difficile antigena** (Glutamat Dehidrogenaza (GDH)) iz uzorka stolice, testove i bočice s diluentom

5. Brzi imunokromatografski test za kvalitativno dokazivanje **toksina A i toksina B Clostridium difficile** iz uzorka stolice, testove i bočice s diluentom